




DOC023.94.90477

TU5300sc/TU5400sc

03/2025, Baskı 7

Temel Kullanıcı Kılavuzu



Bölüm 1 Ek bilgi	3
Bölüm 2 Teknik özellikler	3
Bölüm 3 Genel bilgiler	4
3.1 Güvenlik bilgileri	5
3.1.1 Tehlikeyle ilgili bilgilerin kullanılması	5
3.1.2 Önlem etiketleri	5
3.1.3 1. Sınıf lazer ürünü	6
3.1.4 RFID modülü	6
3.1.4.1 RFID modülleri için güvenlik bilgileri	6
3.1.4.2 RFID için FCC uyumluluğu	7
3.1.5 Elektromanyetik uyumluluk (EMC) uyumluluğu	7
3.2 Ürüne genel bakış	8
3.3 Ürün bileşenleri	9
Bölüm 4 Kurulum	10
4.1 Kurulum yönergeleri	10
4.2 Kurulum genel bilgileri	10
4.3 Duvara montaj	11
4.3.1 Cihazın duvara montaj braketiyile monte edilmesi	11
4.3.2 Doğrudan duvara montaj	13
4.4 Nem çekici kartuşun takılması	13
4.5 Temizleme kapağı vidalarının değiştirilmesi	16
4.6 Servis braketinin takılması	16
4.7 Akış sensörünün takılması (isteğe bağlı)	16
4.8 Otomatik temizleme modülünün (isteğe bağlı) takılması	16
4.9 Cihazın SC kontrolörüne bağlanması	16
4.10 Akış tesisatının ayarlanması	17
4.10.1 Cihazın akış tesisatının ayarlanması	17
4.10.2 Akış hızının ayarlanması	21
Bölüm 5 Kullanıcı navigasyonu	21
Bölüm 6 Çalıştırma	21
Bölüm 7 Kalibrasyon	22
Bölüm 8 Doğrulama	22
Bölüm 9 Bakım	22
9.1 Bakım çizelgesi	23
9.2 Dökümleri temizleme	23
9.3 Aygıtın temizlenmesi	23
9.4 Şişenin temizlenmesi	23
9.4.1 Kimyasal şişelerinin temizlenmesi	24
9.5 Şişe bölmesinin temizlenmesi	25
9.6 Şişenin değiştirilmesi	26
9.7 Nem çekici kartuşu değiştirin	28
9.8 Hortumun değiştirilmesi	29
Bölüm 10 Sorun giderme	29

İçindekiler

10.1 Hatırlatıcılar 29

10.2 Uyarılar 29

10.3 Hatalar 30

Bölüm 1 Ek bilgi

Üreticinin web sitesinde kapsamlı bir kullanım kılavuzu sunulmaktadır.

Bölüm 2 Teknik özellikler

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Teknik Özellik	Ayrıntılar
Ölçüm yöntemi	Gelen ışığa 90 derecelik açıda ve numune şişesi çevresinde 360 derecede toplanan saçılmış ışıkla bulanıklık ölçüm cihazı
Birincil uyumluluk yöntemi	DIN EN ISO 7027
Muhafaza	Malzeme: ASA Luran S 777K / RAL7000, TPE RESIN Elastocon® STK40, Termoplastik Elastomer TPS-SEBS (60 Shore) ve paslanmaz çelik
IP değeri	Elektronik bölme IP55; cihaza bağlı proses başlığı/Otomatik Temizleme Modülü ve diğer tüm işlevsel üniteler IP65 ¹
Boyutlar (G x D x Y)	268 x 249 x 190 mm (10,6 x 9,8 x 7,5 inç)
Ağırlık	Proses başlıklı cihaz: 2,7 kg (6,0 lb); İsteğe bağlı otomatik temizleme modülü içeren cihaz: 5,0 kg (11,0 lb)
Güç gereklilikleri	12 VDC (+2 V, -4 V), 14 VA
Koruma sınıfı	III
Kirlilik derecesi	2
Aşırı gerilim kategorisi	II
Ortam koşulları	İç mekanda kullanım
Çalışma sıcaklığı	0 ila 50°C (32 ila 122°F)
Depolama sıcaklığı	-40 ila 60°C (-40 ila 140°F)
Nem	%5 ila 95 bağıl nem, yoğunlaşmaz
Sensör kablosu uzunluğu	TU5x00 sc, Otomatik Temizleme Modülü veya akış sensörü olmadan: 50 m (164 ft); TU5x00 sc, Otomatik Temizleme Modülü: 10 m (33 ft)
Lazer	1. Sınıf lazer ürünü: Servis işlemleri kullanıcı tarafından yapılamayan 1. sınıf lazer içerir.
Optik ışık kaynağı	850 nm, maksimum 0,55 mW
Bağlantı parçaları	Numune girişi ve çıkışı: ¼ inç Dış çaplı hortum (isteğe bağlı hortum adaptörü, ¼ inç ila 6 mm)
Yükseklik	Maksimum 2000 m (6562 fit)
Hortum gereklilikleri	Polietilen, poliamit veya poliüretan hortum. Kalibre edilmiş ¼ inç dış çaplı, +0,03 veya -0,1 mm (+0,001 veya -0,004 inç)
Ölçüm birimleri	TU5300 sc: NTU, FNU, TE/F, EBC veya FTU; TU5400 sc: NTU, mNTU ² , FNU, mFNU, TE/F, EBC, FTU veya mFTU.
Aralık	0 ila 1000 NTU, FNU, TE/F ve FTU; 0 ila 250 EBC
Yöntem tespit sınırı	25°C'de (77°F) 0,0001 FNU

¹ Muhafazanın içinde cihaza zarar vermeyecek su damlaları, su birikintisi veya akıntısı bulunabilir.

² 1 mNTU = 0,001 NTU

Teknik Özellik	Ayrıntılar
Tepki süresi	T90 < 30 saniye (100 mL/dakikada)
Sinyal ortalama	TU5300 sc: 30-90 saniye TU5400 sc: 1-90 saniye
Doğruluk	0 ila 40 FNU'dan itibaren $\pm$ %2 veya $\pm$ 0,01 FNU (en yüksek değer) 25°C'de (77°F) Formazin primer standardına göre 40 ila 1000 FNU'dan itibaren okunan değer $\pm$ %10'u
Doğrusallık	25°C'de (77°F) Formazin primer standardına göre 0 ila 40 NTU için %1'den daha iyi.
Tekrarlanabilirlik	TU5300 sc: 25°C'de (77°F) 0,002 FNU veya %1 (daha büyük olan değer) (> 0,025 FNU aralık); TU5400 sc: 25°C'de (77°F) 0,0006 FNU veya %1 (daha büyük olan değer) (> 0,025 FNU aralık)
Kaçak ışık	< 0,01 FNU
Çözüm	0,0001 FNU (0,0001 ila 0,9999/1.000 ila 9,999/10,00 ila 99,99/100,0 ila 1000 FNU) Varsayılan: TU5300 sc: 0,001 FNU ve TU5400 sc: 0,0001 FNU
Hava kabarcığı dengelemesi	Fiziksel, matematiksel
Numune gereklilikleri	Sıcaklık: 2 ila 60°C (35,6 ila 140°F) İletkenlik: 25°C'de (77°F) maksimum 3000 μ S/cm Akış hızı ³ : 100 ila 1000 mL/dk; optimum akış hızı: 200 ila 500 mL/dk Basınç: 2 ila 40°C (35,6 ila 104°F) numune için havaya oranla maksimum 6 bar (87 psi); 40 ila 60°C (104 ila 140°F) numune için havaya oranla maksimum 3 bar (43,5 psi)
Kalibrasyon seçenekleri	StablCal® veya Formazin: 0 ila 40 FNU ölçüm aralığı için 1 noktalı kalibrasyon (20 FNU), 0 ila 1000 FNU (tam) ölçüm aralığı için 2 noktalı kalibrasyon (20 ve 600 FNU) veya 0 FNU ila en yüksek kalibrasyon noktası için 2 ila 6 noktalı özel kalibrasyon.
Doğrulama seçenekleri	Cam doğrulama çubuğu (katı sekonder standart) $\leq$ 0,1 NTU, StablCal veya Formazin
Doğrulama (RFID veya Link2SC®)	Proses ile laboratuvar ölçümlerinin RFID veya Link2SC kullanılarak karşılaştırılmasıyla ölçüm değerinin doğrulanması.
Sertifikalar	CE uyumlu; ABD FDA erişim numarası: 1420492-xxx. Bu ürün, 56 sayılı Lazer Bildirimi uyarınca IEC/EN 60825-1 ve 21 CFR 1040.10 standartlarına uygundur. Avustralya RCM.
Garanti	1 yıl (AB: 2 yıl)

Bölüm 3 Genel bilgiler

Üretici, hiçbir koşulda ürünün yanlış kullanımından veya kılavuzdaki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üretici, bu kılavuzda ve açıkladığı ürünlerde, önceden haber vermeden ya da herhangi bir zorunluluğa sahip olmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Güncellenmiş basımlara, üreticinin web sitesinden ulaşılabilir.

³ En iyi sonuçları elde etmek için maksimum partikül boyutu 20 μ m olduğunda cihazınızı 200 mL/dakika akış hızında çalıştırın. Daha büyük partikül boyutları için (maksimum 150 μ m) en uygun akış hızı 350 ila 500 mL/dakikadır.

3.1 Güvenlik bilgileri

Üretici, doğrudan, arızı ve sonuç olarak ortaya çıkan zararlar dahil olacak ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde bu ürünün hatalı uygulanması veya kullanılmasından kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu değildir ve yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde bu tür zararları reddeder. Kritik uygulama risklerini tanımlamak ve olası bir cihaz arızasında prosesleri koruyabilmek için uygun mekanizmaların bulunmasını sağlamak yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.

Bu cihazı paketinden çıkarmadan, kurmadan veya çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzun tümünü okuyun. Tehlikeler ve uyarılarla ilgili tüm ifadeleri dikkate alın. Bunların yapılmaması kullanıcının ciddi şekilde yaralanmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

Ekipman üretici tarafından belirtilmeyen bir şekilde kullanılırsa, ekipmanın sağladığı koruma bozulabilir. Bu donanımı, bu kılavuzda belirtilenden başka bir şekilde kullanmayın ve kurmayın.

3.1.1 Tehlikeyle ilgili bilgilerin kullanılması

▲ TEHLİKE
Kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açan potansiyel veya tehdit oluşturacak tehlikeli bir durumu belirtir.
▲ UYARI
Kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilecek potansiyel veya tehdit oluşturabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.
▲ DİKKAT
Küçük veya orta derecede yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
BİLGİ
Engellenmediği takdirde cihazda hasara neden olabilecek bir durumu belirtir. Özel olarak vurgulanması gereken bilgiler.


3.1.2 Önlem etiketleri

Cihazın üzerindeki tüm etiketleri okuyun. Talimatlara uyulmadığı takdirde yaralanma ya da cihazda hasar meydana gelebilir. Cihaz üzerindeki bir sembol, kılavuzda bir önlem ibaresiyle belirtilir.

	Bu sembolü taşıyan elektrikli cihazlar, Avrupa evsel ya da kamu atık toplama sistemlerine atılamaz. Eski veya kullanım ömrünü doldurmuş cihazları, kullanıcı tarafından ücret ödenmesine gerek olmadan atılması için üreticiye iade edin.
	Bu sembol cihazın üzerinde mevcutsa çalışma ve/veya güvenlik bilgileri için kullanım kılavuzuna referansta bulunur.
	Bu sembol, koruyucu gözlük takılması gerektiğini belirtir.
	Bu sembol ekipmanda bir lazer cihazının kullanıldığını belirtir.
	Bu sembol, işaretli parçanın sıcak olabileceğini ve parçaya dokunurken dikkatli olunması gerektiğini işaret eder.

	Bu sembol kimyasal maddelerden zarar görme tehlikesi olduğunu gösterir ve yalnızca uzman ve kimyasal maddelerle çalışmak üzere eğitilmiş kimselerin kimyasal maddelerle çalışması ya da ekipmanın kimyasal salım sistemi üzerinde bakım çalışması yapması gerektiğini belirtir.
	Bu sembol radyo dalgalarını belirtir.

3.1.3 1. Sınıf lazer ürünü

 TEHLİKE	
	Fiziksel yaralanma tehlikesi. Cihazın kapaklarını asla çıkarmayın. Bu, lazer kullanan bir cihazdır ve kullanıcı lazere maruz kalırsa yaralanabilir.
	1. Sınıf lazer ürünü, IEC60825-1:2014, 850 nm, maksimum 0,55 mW Konum: Cihazın arka tarafı.
	56 sayılı Lazer Bildirimi uyarınca 21 CFR 1040.10 ve 1040.11 sayılı ABD düzenlemelerine. Konum: Cihazın arka tarafı.

Bu cihaz, 1. Sınıf Lazer ürünüdür. Cihaz arızalandığında veya cihazın kapağı açıldığında görünmeyen lazer radyasyonu olur. Bu ürün, 56 sayılı Lazer Bildirimi uyarınca EN 61010-1 sayılı "Elektrikli Ölçüm Ekipmanı Güvenlik Gereklilikleri, Kontrol ve Laboratuvarında Kullanım" standardına, IEC/EN 60825-1 sayılı "Lazer Ürünlerinin Güvenliği" standardına ve 21 CFR 1040.10 sayılı standarda uygundur. Cihazdaki lazer bilgileri içeren etiketlere bakın.

3.1.4 RFID modülü

İsteğe bağlı RFID modülü içeren cihazlar bilgi ile veri alır ve iletir. RFID modülü, 13,56 MHz frekansla çalışır.

RFID teknolojisi, bir telsiz uygulamasıdır. Telsiz uygulamaları, ulusal izin koşullarına tabidir.

Emin olmadığınız durumlarda üreticiyle iletişime geçin.

3.1.4.1 RFID modülleri için güvenlik bilgileri

 UYARI	
	Birden fazla tehlike. Cihazı bakım için demonte etmeyin. Dahili bileşenlerin temizlenmesi ya da onarılması gerektiğinde üreticinize başvurun.
 UYARI	
	Elektromanyetik radyasyon tehlikesi. Cihazı tehlikeli ortamlarda kullanmayın.

BİLGİ

Cihaz, elektromanyetik ve elektromekanik parazite karşı hassastır. Bu parazitler cihazın analiz performansını etkileyebilir. Bu cihazı, parazit oluşturabilecek cihazların yakınına yerleştirmeyin.

Cihazı yerel, bölgesel ve ulusal gerekliliklere uygun şekilde kullanmak için aşağıdaki güvenlik bilgilerine uyun.

- Cihazı hastanelerde, hastane benzeri yerlerde ve kalp pili veya işitme cihazı gibi tıbbi cihazların yakınında kullanmayın.
- Cihaz yakıt, yüksek derecede yanıcı kimyasal ve patlayıcı gibi yüksek derecede yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazı kolay tutuşan gaz, buhar veya tozların yakınında kullanmayın.
- Cihazı güçlü titreşim veya şoklara karşı koruyun.
- Televizyon, telsiz veya bilgisayarların yakınındayken cihazda parazit oluşabilir.
- Cihazın garantisi hatalı kullanım veya yıpranmayı kapsamaz.

3.1.4.2 RFID için FCC uyumluluğu

Bu cihazda, kayıtlı radyo frekansı ile tanımlama cihazı (RFID) bulunabilir. Federal İletişim Komisyonu (FCC) kayıt bilgileri için [Tablo 1](#) bölümüne bakın.

Tablo 1 Kayıt bilgileri

Parametre	Değer
FCC kimlik numarası (FCC Kimliği)	YCB-ZBA987
IC	5879A-ZBA987
Frekans	13,56 MHz

3.1.5 Elektromanyetik uyumluluk (EMC) uyumluluğu

⚠ DİKKAT

Bu ekipman, mesken ortamlarda kullanım için tasarlanmamıştır ve bu tür ortamlarda radyo sinyaliyle karşı yeterli koruma sağlamayabilir.

CE (EU)

Ekipman, 2014/30/EU sayılı EMC Direktifinin temel gerekliliklerini karşılamaktadır.

UKCA (UK)

Ekipman, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri 2016 (S.I. 2016/1091) gerekliliklerini karşılamaktadır.

Kanada Radyo Girişimine Neden Olan Cihaz Yönetmeliği, ICES-003, A Sınıfı:

Destekleyen test kayıtları, üreticide bulunmaktadır.

Bu A Sınıfı dijital cihaz, Kanada Parazite Neden Olan Cihaz Yönetmeliğinin tüm şartlarını karşılamaktadır.

Cet appareil numérique de classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne sur les équipements provoquant des interférences.

FCC PART 15, "A" Sınıfı Limitleri

Destekleyen test kayıtları, üreticide bulunmaktadır. Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma için aşağıdaki koşullar geçerlidir:

1. Cihaz, zararlı girişime neden olmaz.
2. Bu cihaz, istenmeyen işleyişe yol açabilecek parazit de dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul edecektir.

Bu cihaz üzerinde, uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı her türlü değişiklik, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılacaktır. Bu cihaz, test edilmiş ve FCC kuralları, Bölüm 15 uyarınca A Sınıfı bir dijital cihaz limitlerini karşıladığı tespit edilmiştir. Bu limitler, ekipmanın bir

işyeri ortamında çalıştırılması durumunda zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu cihaz, telsiz frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmazsa ve kullanılmazsa telsiz iletişimlerine zararlı parazitlere neden olabilir. Bu cihazın bir konut alanında kullanılması zararlı parazitlere neden olabilir. Böyle bir durumda kullanıcının masrafları kendisine ait olmak üzere bu parazitleri düzeltmesi gerekecektir. Parazit sorunlarını azaltmak için aşağıdaki teknikler kullanılabilir:

1. Parazitin kaynağı olup olmadığını öğrenmek için bu ekipmanın güç kaynağı bağlantısını kesin.
2. Eğer cihaz, parazit sorunu yaşayan cihazla aynı prize bağlıysa, cihazı farklı bir prize takın.
3. Cihazı parazit alan cihazdan uzaklaştırın.
4. Cihazın parazite neden olduğu cihazın alıcı antenini başka bir yere taşıyın.
5. Yukarıda sıralanan önlemleri birlikte uygulamayı deneyin.

3.2 Ürüne genel bakış

⚠ TEHLİKE	
	Kimyasal veya biyolojik tehlikeler. Bu cihaz, kamu sağlığı, kamu güvenliği, yiyecek ve içecek üretimi veya işlemesi ile ilgili yasal sınırlamaların ve takip gereksinimlerinin söz konusu olduğu bir arıtma işlemi ve/veya kimyasal besleme sistemini izlemek için kullanılıyorsa yürürlükteki tüm yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlara uymak ve cihazın arızalanması durumunda yürürlükteki yönetmeliklere uyum için ilgili alanda yeterli ve uygun mekanizmaların bulunmasını sağlamak bu cihazın kullanıcısının sorumluluğundadır.

TU5300 sc ve TU5400 sc bulanıklık ölçerler, bir SC kontrolörüyle birlikte çoğunlukla nihai içme suyu uygulamalarında düşük aralıktaki bulanıklık değerlerini ölçmek için kullanılır. Bkz. [Şekil 1](#).

TU5300 sc ve TU5400 sc bulanıklık ölçerler, gelen ışın demetinin eksenini çevresinde 360°'lik etki alanında 90°'lik açıyla yayılan ışığı ölçer.

İsteğe bağlı RFID modülü ve otomatik sistem kontrolü seçeneği mevcuttur⁴. RFID modülü [Şekil 1](#) ile gösterilmektedir. RFID modülü, proses ile laboratuvar bulanıklık ölçümlerinin kolayca karşılaştırılmasını sağlar. Otomatik sistem kontrolü seçeneği ile ilgili açıklamaya üreticinin web sitesinde bulunan kapsamlı kullanma kılavuzundan ulaşılabilir.


TU5300 sc ve TU5400 sc bulanıklık ölçerler için PROGNOSYS adlı önleyici tanılama yazılımı mevcuttur. PROGNOSYS yazılımını kullanmak için bulanıklık ölçerin PROGNOSYS yazılımı yüklü bir SC kontrolörüne bağlanması gerekir.

Üreticinin web sitesindeki destek bölümünde eğitici videolar bulunmaktadır.

Aksesuarlar için üreticinin web sitesinde bulunan kapsamlı kullanım kılavuzuna bakın.

⁴ RFID modülü ve otomatik sistem kontrolü seçeneği yalnızca satın alma anında sunulur.

Şekil 1 Ürüne genel bakış




1 Programlanabilir düğme	9 Şişe bölmesi
2 Durum gösterge ışığı ⁵	10 Taşma tahliyesi
3 RFID modülü göstergesi (isteğe bağlı)	11 Proses başlığı (açık)
4 Temizleme kapağı vidaları (3 adet)	12 Proses başlığı (kapalı)
5 Temizleme kapağı	13 Kablo kanalları
6 Proses başlığı	14 Aksesuarlar için uzatma konektörü
7 Numune girişi	15 Sensör kablosu
8 Numune çıkışı	

3.3 Ürün bileşenleri

Bütün bileşenlerin teslim alındığından emin olun. Bkz. [Şekil 2](#). Eksik veya hasarlı bir bileşen varsa derhal üretici ya da satış temsilcisiyle bağlantıya geçin.

⁵ Cihazın durumunu gösterir. Daha fazla bilgi için üreticinin web sitesinde bulunan kapsamlı kullanma kılavuzuna bakın.

Şekil 2 Ürün bileşenleri



1 TU5300 sc veya TU5400 sc	6 Sıcak su uygulamaları için temizleme kapağı vidaları ve pullar
2 Duvara montaj braketi (braket üzerinde iki hortum klipsi)	7 Şişe değiştirme aracı
3 Hortum klipsleri	8 Akış regülatörü
4 Hortum klipsi vidaları, 2,2 x 6 mm	9 Servis braketi
5 Montaj vidaları, 4 x 16 mm	10 Nem çekici kartuş

Bölüm 4 Kurulum

⚠ DİKKAT



Birden fazla tehlike. Belgenin bu bölümünde açıklanan görevleri yalnızca yetkili personel gerçekleştirmelidir.

4.1 Kurulum yönergeleri

BİLGİ


Cihazın yakınında zemin tahliye sistemi olmasına dikkat edin. Cihazda sızıntı olup olmadığını her gün kontrol edin.

Bu cihaz, maksimum 3100 m (10.710 ft) rakım için derecelendirilmiştir. Bu cihazın 3100 metreden yüksek rakımda kullanılması elektrik yalıtımının bozulma olasılığını bir miktar artırarak elektrik çarpması tehlikesine yol açabilir. Üretici, kullanıcıların soruları için teknik destek almalarını önermektedir.

4.2 Kurulum genel bilgileri

Şekil 3 ile aksesuarsız genel kurulum bilgileri ve gereken minimum uzaklıklar gösterilmektedir. Tüm aksesuarlarla birlikte genel sistem bilgileri için üreticinin web sitesinde bulunan kapsamlı kullanma kılavuzuna bakın.

Şekil 3 Aksesuarsız kurulum genel bilgileri



1 Servis braket	5 Numune girişı
2 Proses başlığı	6 Numune çıkışı
3 SC kontrolörü	7 TU5300 sc veya TU5400 sc
4 Akış regülatörü	

4.3 Duvara montaj





Cihazı dikey konumda duvara monte edin. Cihazı dengesini ayarlayarak monte edin.

4.3.1 Cihazın duvara montaj braketile monte edilmesi

Cihazı duvara montaj braketile duvara monte etmek için aşağıdaki resimli adımları uygulayın. Duvara montaj braketini duvara takmak için gereken montaj donanımı kullanıcı tarafından sağlanır.



1720D, 1720E veya FT660 model bir cihaz değiştirilecekse cihazı duvardan sökün. Ardından, aşağıdaki 2 ila 4 numaralı resimli adımları uygulayarak cihazı mevcut donanımına monte edin.

Not: Aksesuarlar kullanıldığında, hortum klipslerinin takılacağı yer değişir. Hortum klipslerini takma hakkında bilgi için aksesuarlarla birlikte sunulan belgelere bakın.



4.3.2 Doğrudan duvara montaj

Alternatif olarak cihazı doğrudan duvara monte etmek için aşağıdaki resimli adımları uygulayın. Montaj donanımı kullanıcı tarafından sağlanır. Cihazın arkasındaki montaj deliklerinde bulunan ince, plastik filmi çıkarın.



4.4 Nem çekici kartuşun takılması


BİLGİ

Nem çekici kartuş mutlaka takılmalıdır, aksi durumda cihaz zarar görebilir.

İlk kurulum için aşağıdaki adımları tamamlayın. Değişim işlemi için nem çekici kartuşla birlikte verilen belgelere bakın.

1. Ambalajda belirtilen son kurulum tarihine dikkat edin. Bkz. [Şekil 4](#). Son kurulum tarihi geçmişse kullanmayın.
2. Yeni nem çekici kartuştaki göstergenin açık mavi olmasına dikkat edin. Bkz. [Şekil 4](#).
3. Yeni nem çekici kartuşu takın. Aşağıda gösterilen resimli adımlara bakın.



Şekil 4 Nem çekici kartuşun incelenmesi






1 Son kurulum tarihi (aa.yyyy = ay ve yıl)

2 Gösterge (açık mavi= son kullanma tarihi geçmemiş, beyaz = son kullanma tarihi geçmiş)

3 Taşıma güvenliği koruması





4.5 Temizleme kapağı vidalarının değiştirilmesi

BİLGİ



Vidaları aşırı sıkmayın; aksi takdirde kırılma meydana gelebilir. Vidaları elle sıkın.

Numune sıcaklığı 40 ila 60°C (104 ila 140°F) arasında olduğunda temizleme kapağı vidaları ısınır. Yanma olasılığını önlemek için temizleme kapağı vidalarının yerine sıcak su uygulamalarında kullanılan standart temizleme kapağı vidalarını ve pulları takın. Temizleme kapağı vidalarının yeri için bkz. [Şekil 1](#) sayfa 9.

4.6 Servis braketinin takılması

Servis braket, cihazı takılı değilken proses başlığını (veya isteğe bağlı otomatik temizleme modülünü) tutar.

Servis braketinin cihazdan doğru uzaklıkta takılması hakkında bilgi için bkz. [Kurulum genel bilgileri](#) sayfa 10. Servis braketini takmak için aşağıdaki resimli adımları uygulayın.



4.7 Akış sensörünün takılması (isteğe bağlı)

İsteğe bağlı akış sensörü, numune akışının teknik özelliklere uygun olup olmadığını belirler. Akış yok, düşük akış veya yüksek akış uyarıları oluştuğunda kontrolörün ekranında bir uyarı görüntülenir ve durum göstergesi yanar.

İsteğe bağlı akış sensörünü kurun. İsteğe bağlı akış sensörüyle birlikte verilen belgelere bakın.

4.8 Otomatik temizleme modülünün (isteğe bağlı) takılması


Otomatik temizleme modülü belirli aralıklarla proses şişesinin içini temizler. İsteğe bağlı otomatik temizleme modülünü takın. Otomatik temizleme modülüyle birlikte verilen belgelere bakın.

4.9 Cihazın SC kontrolörüne bağlanması

⚠ DİKKAT




Fiziksel yaralanma tehlikesi. Cihaz güce bağlıyken şişe bölmesine bakmayın.



1. Güncel yazılım sürümünü [adresinden edinin](#). Cihazı SC kontrolörüne bağlamadan önce kontrolöre güncel yazılım sürümünü yükleyin.
Ürünün kutusunda verilen veya SC kontrolörü için indirilen yazılımda belirtilen yazılım yükleme talimatlarını uygulayın.
2. SC kontrolörünün gücünü kesin.
3. Sensör kablosunu SC kontrolörünün hızlı bağlantı parçasına takın. Bkz. [Şekil 5](#). Konektör kapağını daha sonra kullanmak üzere saklayın.
4. SC kontrolörüne güç verin.
SC kontrolörü cihazı arar.
5. SC kontrolörü cihazı bulunduğunda **enter** tuşuna basın.
Kontrolörün ana ekranında türbidimetrenin ölçtüğü bulanıklık değeri gösterilir.

Şekil 5 Sensör kablosunun SC kontrolörüne takılması



4.10 Akış tesisatının ayarlanması

4.10.1 Cihazın akış tesisatının ayarlanması

⚠ UYARI



Patlama tehlikesi. Tahliye kabında herhangi bir tıkanıklık olmadığından emin olun. Tahliye tüpünde herhangi bir tıkanıklık, sıkışma veya bükülme söz konusuysa cihazda yüksek basınç oluşabilir.

⚠ UYARI



Fiziksel yaralanma tehlikesi. Numune hattı, sıcak olduğunda cildi yakabilecek yüksek basınçlı su içerir. Kalifiye personel su basıncını gidermeli ve bu prosedür sırasında kişisel koruyucu ekipman giymelidir.

BİLGİ

Şişe bölmesine su girmesine izin vermeyin, aksi takdirde cihazda hasar meydana gelebilir. Proses başlığı cihaza takılmadan önce su sızıntısı olmadığından emin olun. Tüm hortumların yerine oturduğundan emin olun. Şişe somununun sıkı olduğundan emin olun. Su basıncının tamamının sistemde bulunması, su akışının etkin olması ve cam şişede su sızıntısı görülmemesi gerekir.

BİLGİ

Cihaza takılan otomatik temizleme modülünü dik tutun, aksi takdirde şişe kırılabilir. Şişe kırılırsa şişe bölmesine su girer ve cihazda hasar meydana gelebilir.

BİLGİ

Cihazın akış tesisatının ayarlanmasından önce nem çekici kartuş ve şişenin takılmış olmasına dikkat edin.

BİLGİ

Ortam koşullarına bağlı olarak sistemin stabil hale gelmesi için en az 15 dakika beklenmesi gerekir.


Kullanıcı tarafından tedarik edilecek malzemeler:

- Akış kapatma valfi
- Hortumlar⁶
- Hortum keskisi



⁶ Hortum donanım gereklilikleri için bkz. [Teknik özellikler](#) sayfa 3.





1. Cihazın akış tesisatını ayarlayın. Bkz. aşağıda gösterilen resimli adımlar ve **Şekil 6**.
Not: Cihazın akış tesisatını aksesuarlarla birlikte ayarlamak için aksesuarlarla verilen belgelere bakın.
Not: Bakteri üremesini önlemek için HACH'tan tedarik edilen opak hortum aksesuarını kullanın.





Şekil 6 Akış tesisatının ayarlanmasına ilişkin genel bakış – aksesuarsız



1 Servis braketi	4 Akış regülatörü
2 Numune girişi	5 Akış kapatma valfi
3 Numune çıkışı	







4.10.2 Akış hızının ayarlanması

1. Akış regülatörü tam olarak açık durumdayken akışı ölçün. Akış değerinin, akış teknik özelliklerinin orta düzeyinde olmasına dikkat edin. Bkz. [Teknik özellikler](#) sayfa 3.
2. Akış regülatörünü, akış %20 ila %30 düzeyine düşene kadar yavaş yavaş kapatın.
Not: Akış regülatörü hortumda geri basınç oluşturur ve şişede oluşabilecek olan kabarcık miktarını azaltır.

Bölüm 5 Kullanıcı navigasyonu

Tuş takımı açıklaması ve navigasyon bilgileri için kontrol ünitesi belgelerine bakın.

Ana ekranda daha fazla bilgi ve grafik ekranını görüntülemek için SC200 Kontrolöründeki veya SC1000 Kontrolöründeki **RIGHT** (SAĞ) ok tuşuna birkaç kez basın.

SC4500 Kontrol Ünitesinde, ana ekranda daha fazla bilgi görüntülemek ve bir grafik ekran göstermek için ana ekranda sola veya sağa kaydırın.

Bölüm 6 Çalıştırma

Cihaz ayarlarını yapılandırmak ve proses ile laboratuvar ölçümlerini karşılaştırmak için üreticinin web sitesinde bulunan kapsamlı kullanma kılavuzuna bakın.

Bölüm 7 Kalibrasyon

⚠ UYARI



Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Laboratuvar güvenlik talimatlarına uyun ve kullanılan kimyasallara uygun tüm kişisel koruma ekipmanlarını kullanın. Güvenlik protokolleri için mevcut güvenlik veri sayfalarına (MSDS/SDS) başvurun.

Cihaz fabrikada kalibre edilmiştir ve lazer ışık kaynağı stabildir. Üretici, sistemin amacına uygun şekilde çalışabilmesi için kalibrasyonun düzenli aralıklarla doğrulanmasını önermektedir. Üretici, yerel mevzuat şartlarına göre ve onarım veya kapsamlı bakım çalışmalarından sonra kalibrasyon yapılmasını önermektedir.

Cihazı kalibre etmek için isteğe bağlı kalibrasyon kapağı ve StabiCal standardı veya Formazin standardı içeren şişeler kullanın. RFID şişeleriyle veya RFID şişeleri kullanılmadan kalibrasyon prosedürleri, 1 noktalı ve 2 noktalı kalibrasyonlar için Kalibrasyon kapağı belgelerine bakın. Alternatif olarak, cihazı kalibre etmek için bir şırınga ve StabiCal standardı veya Formazin standardı kullanın.

Cihazı kalibre etmek ve kalibrasyon ayarlarını yapılandırmak için www.hach.com adresindeki genişletilmiş kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bölüm 8 Doğrulama

Birincil kalibrasyon doğrulaması yapmak için opsiyonel kalibrasyon kapağı ve mühürlü şişe 10-NTU StabiCal standardı (ya da bir StabiCal 10 NTU standardı ve şırınga) kullanın. Alternatif olarak, bulanıklığın daha düşük olduğu aralıkta ikincil kalibrasyon doğrulaması yapmak için opsiyonel kalibrasyon kapağını ve opsiyonel cam doğrulama çubuğunu (< 0,1 NTU) kullanın.

Doğrulama yapmak ve doğrulama ayarlarını yapılandırmak için [adresindeki genişletilmiş kullanıcı kılavuzuna bakın](#).

Bölüm 9 Bakım

⚠ UYARI



Yanma tehlikesi. Sıcak sıvılarla temas sırasında güvenli kullanım protokollerine uyun.

⚠ DİKKAT



Birden fazla tehlike. Belgenin bu bölümünde açıklanan görevleri yalnızca yetkili personel gerçekleştirmelidir.

⚠ DİKKAT



Fiziksel yaralanma tehlikesi. Cihazın kapaklarını asla çıkarmayın. Bu, lazer kullanan bir cihazdır ve kullanıcı lazere maruz kalırsa yaralanabilir.

⚠ DİKKAT



Fiziksel yaralanma tehlikesi. Cam parçalar kırılabilir. Kendinizi kesmemek için dikkatle taşıyın.

BİLGİ

Cihazı bakım için demonte etmeyin. Dahili bileşenlerin temizlenmesi ya da onarılması gerektiğinde üreticinize başvurun.

BİLGİ

Bakım işlemlerinden önce cihaza giden numune akışını kesin ve cihazın soğumasını bekleyin.

Bakım sırasında çıkış davranışını ayarlamak için **MENU** düğmesine basın ve SENSÖR KURULUM>TU5x00 sc>DIAG/TEST>BAKIM>ÇIKIŞ MODU öğelerini seçin.

9.1 Bakım çizelgesi

Tablo 2 ile bakım işlemleri için önerilen plan gösterilmektedir. Tesis gereksinimleri ve çalışma koşulları bazı işlemlerin daha sık yapılmasını gerektirebilir.

Tablo 2 Bakım çizelgesi

İşlem	1 ila 3 ay	1 ila 2 yıl	Gerektiğinde
Şişenin temizlenmesi sayfa 23 <i>Not: Temizleme aralığı su kalitesine göre değişir.</i>	X		
Şişe bölmesinin temizlenmesi sayfa 25			X
Şişenin değiştirilmesi sayfa 26		X	
Nem çekici kartuşu değiştirin. sayfa 28 <i>Not: Değişim aralığı ortam nemine, ortam sıcaklığına ve numune sıcaklığına göre değişir.</i>		X ⁷	
Hortumun değiştirilmesi sayfa 29			X

9.2 Dökülmeleri temizleme

⚠ DİKKAT



Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Kimyasal maddeleri ve atıkları yerel, bölgesel ve ulusal yönetmeliklere uygun şekilde atın.

1. Dökülme kontrolü için tesisin tüm güvenlik protokollerine uyun.
2. Atıkları uygun düzenlemelere göre atın.

9.3 Aygıtın temizlenmesi

BİLGİ

Cihazı temizlemek için herhangi çözücü bir madde kullanmayın.

Bu ürün bakım gerektirmez. Normal çalışma koşulları altında düzenli temizlik gerekli değildir. Cihazın dışı kirlenirse, cihaz yüzeyini temiz ve nemli bir bezle silin.

9.4 Şişenin temizlenmesi

⚠ UYARI



Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Laboratuvar güvenlik talimatlarına uyun ve kullanılan kimyasallara uygun tüm kişisel koruma ekipmanlarını kullanın. Güvenlik protokolleri için mevcut güvenlik veri sayfalarına (MSDS/SDS) başvurun.

Bulanıklık ölçümünde proses şişesinde kontaminasyon olduğu saptandığında veya kontrolörün ekranında "KİRLİLİK" uyarısı gösterildiğinde şişeyi temizleyin.

1. **MENU** düğmesine basın.
2. SENSÖR KURULUM>TU5x00 sc>DIAG/TEST>BAKIM>ŞİŞE TEMİZLEME öğelerini seçin.





⁷ İki yıl veya cihaz bildiriminde belirtilen aralıklarla.

3. Kontrolörün ekranında gösterilen adımları tamamlayın. Cihaz, son ekran gösterildikten sonra temizleme işlemi tarihini otomatik olarak kaydeder.
4. İsteğe bağlı otomatik temizleme modülü yüklüyse **MENU** düğmesine basıp KURULUM>TU5x00 sc>SİL öğelerini seçerek otomatik temizleme işlemini başlatın.
5. İsteğe bağlı otomatik temizleme modülü kurulu değilse şişeyi manuel şişe temizleyiciyle temizleyin.

BİLGİ

Şişedeki suyun çoğunu dikkatle uzaklaştırın. Şişe temizleyiciyi su sıçramayacak şekilde dikkatle proses şişesinin içine koyun.



Proses şişesini, aşağıdaki resimlerde gösterilen şekilde manuel şişe temizleyiciyle temizleyin.









9.4.1 Kimyasal şişelerinin temizlenmesi

Bulanıklık ölçümleri orijinal değerlere dönmüyorsa şişeyi aşağıdaki resimli adımları tamamlayarak temizleyin.

Not: Resimli adımları tamamlamadan önce SC kontrolörünün çıktı değerlerini gereken düzeyde tutun. Çıktı değerlerinin gereken düzeyde tutulması hakkında bilgi için SC kontrolörünün belgelerine bakın.






9.5 Şişe bölmesinin temizlenmesi

Şişe bölümünü sadece bölme kontamine olduğunda temizleyin. Şişe bölümünü temizlemek için kullanılacak aracın yumuşak bir yüzeyi olmasına ve cihaza zarar vermemesine dikkat edin. [Tablo 3](#) ve [Şekil 7](#), şişe bölümünü temizleme seçeneklerini göstermektedir.

Tablo 3 Temizleme seçenekleri

Kontaminant	Seçenekler
Toz	Şişe bölümü temizleyici, mikro fiber bez, tüy bırakmayan bez
Sıvı, yağ	Bez, su ve temizlik maddesi

Şekil 7 Temizleme seçenekleri



9.6 Şişenin değiştirilmesi

BİLGİ

Şişe bölümüne su girmesine izin vermeyin, aksi takdirde cihazda hasar meydana gelebilir. Otomatik temizleme modülünü cihaza takmadan önce su sızıntısı olmadığından emin olun. Tüm hortumların yerine oturduğundan emin olun. Şişenin sızdırmazlığını sağlamak için yeşil O-halkasının yerinde olduğundan emin olun. Şişe somununun sıkı olduğundan emin olun.

BİLGİ



Cihaza takılan otomatik temizleme modülünü dik tutun, aksi takdirde şişe kırılabilir. Şişe kırılırsa şişe bölümüne su girer ve cihazda hasar meydana gelebilir.

BİLGİ

Proses şişesinin camına dokunmayın veya camı çizmeyin. Cam üzerindeki kontaminasyon veya çizikler, ölçüm hatalarına neden olabilir.









BİLGİ











Ortam koşullarına bağlı olarak sistemin stabil hale gelmesi için en az 15 dakika beklenmesi gerekir.

Not: Şişe bölümüne parçacıkların düşmediğinden emin olun.

1. **MENU** düğmesine basın.
2. **SENSÖR KURULUMU**>[analizörü seçin]>**TANILAMA/TEST**>**BAKIM**>**ŞİŞE DEĞİŞTİRME** öğelerini seçin.
3. Kontrolörün ekranında gösterilen adımları tamamlayın. Son ekran görüldükten sonra şişe değiştirme tarihi otomatik olarak kaydedilir.
Şişeyi değiştirmek için aşağıdaki resimli adımlara bakın. Yeni şişeyi kontaminasyona karşı korumak için şişeyi şişe değiştirme aletini kullanarak takın.
3. resimli adımda, servis braketi cihazın yakınında takılı değilse proses başlığını düz bir yüzey üzerinde yan tarafına yaslayarak yerleştirin.





9.7 Nem çekici kartuşu değiştirin.

Nem çekici kartuşu değiştirme tarihi kontrolör ekranında gösterilir. Nem çekici kartuşu değiştirmek için kartuş poşetinde sağlanan belgelere bakın.

9.8 Hortumun değiştirilmesi

Hortum tıkanıldığında veya hasar gördüğünde değiştirilmelidir.

Akış kapatma valfini kapatarak cihaza giden akışı kesin. Ardından [Cihazın akış tesisatının ayarlanması](#) sayfa 17 bölümüne bakarak hortumu değiştirin.

Bölüm 10 Sorun giderme

Sorun giderme hakkında bilgi için üreticinin web sitesinde bulunan kapsamlı kullanma kılavuzuna bakın.

10.1 Hatırlatıcılar

Hatırlatıcılar kontrolör ekranında gösterilir. Tüm hatırlatıcıları görmek için **MENU** düğmesine basın ve ardından **DIYAGNOZLAR>TU5x00 sc>HATIRLATICI** öğesini seçin.

Mesaj	Açıklama	Çözüm
KURUTUCU ARAL.	Nem çekici kartuş kapasitesi düşük.	Nem çekici kartuşu değiştirin. Nem çekici kartuşla birlikte verilen belgelere bakın.
KALİB. YAP.	Kalibrasyon gerekli.	Bir kalibrasyon gerçekleştirin. Bkz. Kalibrasyon sayfa 22.
DOĞRULAMA YAP	Doğrulama gerekli.	Bir doğrulama gerçekleştirin. Bkz. Doğrulama sayfa 22.
SİLCK DEĞİŞTRME	Otomatik temizleme modülünde silecek değişikliği yapılması gerekiyor.	Otomatik temizleme modülündeki sileceği değiştirin. Sileceği değiştirmek için otomatik temizleme modülü ile birlikte verilen belgelere bakın.

10.2 Uyarılar

Uyarılar kontrolör ekranında gösterilir. Tüm etkin hataları görmek için **MENU** düğmesine basın ve ardından **DIYAGNOZLAR>TU5x00 sc>UYARI LİSTESİ** öğesini seçin.

Uyarı	Açıklama	Çözüm
TEMİZ. ÜNİTESİ	Otomatik temizleme modülü doğru çalışmıyor.	Silecek başlığının doğru takıldığından ve silecek kolunun yukarı ve aşağı doğru hareket edebildiğinden emin olun.
NEM ÇEKİCİ ESKİ	Nem çekici kartuş 2 yıldan eski.	Nem çekici kartuşu değiştirin. Nem çekici kartuşla birlikte verilen belgelere bakın.
KURUTUCU BİTİK	Nem çekici kartuşun ömrü bitti.	Nem çekici kartuşu değiştirin. Nem çekici kartuşla birlikte verilen belgelere bakın.
HIZLI AKIŞ	Akış hızı limitin üzerinde (1250 mL/dakikadan fazla).	Akış regülatörünü gereken şekilde ayarlayın. Akış regülatöründe arıza olmadığından emin olun.
NEM PCB SC	Cihazın iç elektronik parçalarında nem var.	Teknik destek ile iletişime geçin. Sınırlı geçerliliğe sahip ölçümler hala mevcut.
LASER SCK YÜKSEK	Lazer sıcaklığı limitin üzerinde.	Cihazın ortam sıcaklığını azaltın.
LASER SCK SENS	Lazer sıcaklık sensöründe arıza var.	Teknik destek ile iletişime geçin. Sınırlı geçerliliğe sahip ölçümler hala mevcut.
DÜŞÜK AKIŞ	Akış hızı limitin altında (75 mL/dakikadan az).	Hortumda akış hızını azaltan tıkanıklıklar olup olmadığını inceleyin. Tıkanıklıkları giderin. Akış regülatörünü gereken şekilde ayarlayın. Akış regülatöründe arıza olmadığından emin olun.
AKIŞ YOK	Akış hızı 10 mL/dakikadan az.	Hortumda akışı durduran tıkanıklıklar olup olmadığını inceleyin. Tıkanıklıkları giderin.

Uyarı	Açıklama	Çözüm
KURUTMUYOR	Cihaz, dahili nemi düzenleyemiyor.	Nem çekici kartuşu değiştirin. Bkz. Nem çekici kartuşu değiştirin . sayfa 28. Hata devam ederse teknik desteğe başvurun. Sınırlı geçerliliğe sahip ölçümler hala mevcut.
PUMP (Hava Pompası)	Kurutma devresinin hava pompasında arıza var.	Teknik destek ile iletişime geçin. Sınırlı geçerliliğe sahip ölçümler hala mevcut.
SNSR KURU: İŞL	Kurutma sisteminin hava sisteminde arıza var.	Teknik destek ile iletişime geçin. Ölçümler hala mevcuttur ancak nem çekici kartuşun ömrü azalmıştır.
BLNKLK ÇOK YKSEK	Bulanıklık okuması kalibrasyon aralığında değil.	Seçilen kalibrasyon aralığının örneğe ait bulanık değeri için geçerli olduğundan emin olun.
SİLCK DEĞİŞTRME	Otomatik temizleme modülünde silecek değişikliği yapılması gerekiyor.	Otomatik temizleme modülündeki sileceği değiştirin. Sileceği değiştirmek için otomatik temizleme modülü ile birlikte verilen belgelere bakın.
KİRLİLİK	Şişe veya şişe bölmesi kirli.	Şişeyi veya şişe bölmesini temizleyin ya da kurulaýın.

10.3 Hatalar

Hatalar, kontrolör ekranında gösterilir. Tüm etkin hataları görmek için **MENU** düğmesine basın ve ardından **DIYAGNOZLAR>TU5x00 sc>HATA LİSTESİ** öğesini seçin.

Hata	Açıklama	Çözüm
OTO KNTRL İŞL YOK	Otomatik sistem kontrolü tamamlanmadı.	Teknik destek ile iletişime geçin.
TEMİZ. ÜNİTESİ	Otomatik temizleme modülünde arıza var.	Teknik destek ile iletişime geçin.
ES REZRVE HATA	Dahili bellekle ilgili bir sorun var.	Teknik destek ile iletişime geçin.
FLASH HATASI	Dahili kalibrasyon belleği bozuk.	Teknik destek ile iletişime geçin.
NEM PCB	Cihazda nem veya su var.	Teknik destek ile iletişime geçin.
LAZER ÇOK DŞÜK	Lazerde arıza var.	Teknik destek ile iletişime geçin.
ELEKTRONİK ÖLÇÜM	Bir ölçüm hatası var. Elektronik ünitesinde bir sorun var.	Teknik destek ile iletişime geçin.
PROS BAŞLIK AÇIK	Proses başlığı açık konumda veya proses başlığı detektöründe arıza var.	Proses başlığını kapalı konuma çevirin.
BLNKLK ÇOK YKSEK	Okunan bulanıklık değeri cihazın ölçüm aralığından yüksek (maksimum 1000 FNU).	Numunenin bulanıklık değerinin cihazın ölçüm aralığı içinde olduğunu kontrol edin.
ŞİŞE	Şişe bölmesinde şişe yok.	Şişe bölmesine bir şişe takın.

Hata	Açıklama	Çözüm
KİRLİLİK	Şişe veya şişe bölümü kirlidir.	Şişeyi veya şişe bölümünü temizleyin ya da kurulaşın.
WATER INGRESS (SU GİRİŞİ) ⁸	Cihazda su var.	Cihaza akışı hemen durdurun. Sensör kablosunun bağlantısını kesin. Nem çekici kartuş ısınabilir. Nem çekici kartuşa yalnızca oda sıcaklığındaiken dokunun ve kartuşu çıkarın.

⁸ Muhafazanın içinde cihaza zarar vermeyecek su damlaları, su birikintisi veya akıntısı bulunabilir.

**HACH COMPANY World Headquarters**

P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A.
Tel. (970) 669-3050
(800) 227-4224 (U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
orders@hach.com
www.hach.com

HACH LANGE GMBH

Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf, Germany
Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320
Fax +49 (0) 2 11 52 88-210
info-de@hach.com
www.de.hach.com

HACH LANGE Sàrl

6, route de Compois
1222 Vézenaz
SWITZERLAND
Tel. +41 22 594 6400
Fax +41 22 594 6499