Scope CleanOR™

GEBRUIKSAANWIJZING: Scope CleanOR™
Reinigingsapparaat voor scoop en trocart

GEBRUIKSINDICATIES
Le Scope CleanOR est indiqué pour une utilisation pendant les chirurgies endoscopiques et
propres et exempts de tout débris.

CONTRA-INDICATIES
Het apparaat mag alleen gebruikt worden waarvoor het bedoeld is.

WAARSCHUWINGEN
- Compatibiliteit controleren. Inspecteer de endoscoop / laparoscoop en trocart op scherpe randen die de
- Onoordeelkundig gebruik van de Scope CleanOR kan leiden tot letsels en/of schade aan de endoscoop/ laparoscoop en trocart.
- Trocart-swabs mogen niet onder een hoek worden ingebracht of voorbij het distale uiteinde van de trocart worden geschoven.

WAARSCHUWINGEN
- De Scope CleanOR werd ontwikkeld, getest en geproduceerd voor eenmalig gebruik bij één patiënt. Na gebruik moet de Scope CleanOR worden verwijderd volgens de lokale regels voor medisch afval.
- Het apparaat is steriel indien de verpakking droog, ongeopend en onbeschadigd is. Niet gebruiken indien de zak beschadigd is of het zegel gebroken is.
- Steriliseer het instrument niet opnieuw. Het opnieuw steriliseren kan de integriteit van het instrument aantasten en het risico van besmetting en accidentele infectie van de patiënt vergroten.
- Gooi de Scope CleanOR weg, indien onoordeelkundig gebruik mogelijke beschadiging of besmetting heeft veroorzaakt, of indien de houdbaarheidsdatum van het apparaat is verstreken.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Verwijder door middel van de steriele techniek de Scope WipOR microvezeldoek en de twee Trocar CleanOR swabs uit de verpakking
Wanneer de scoop tijdens de procedure uit het lichaam wordt verwijderd:
2. Reinig de lens met de Scope WipOR microvezeldoek.
3. Gebruik de kleine trocart-swabs om resten uit de trocartkleppen te halen bij 5-8mm trocars, en de grotere swabs voor de 10-12mm trocarts. Opmerking: De trocar-canule moet volledig worden ingebracht in de buikholte voorafgaand aan het gebruik van de Trocar CleanOR.
4. Selecteer de gepaste trocart-swab en schuif de schuimkop in de trocartklep. Schuif de swab verder in de klep, maar laat de kop niet voorbij het distale uiteinde van de trocart komen. Beweeg de swab heen en weer om vloeistof op te nemen en resten uit de canule te halen. Laat de trocart-swab niet los. Opmerking: De schachten van de trocart-swab zijn radiopaak. Trocar CleanORs moeten onder direct zicht worden gebruikt.
5. Controleer de vrije doorgang van de canule. Herhaal het proces indien de doorgang niet vrij is.
6. Voordat u de gebruikte trocart-swabs en microvezeldoek afvoert, dient u de instrumenten visueel te inspecteren om te controleren of ze intact zijn en alle componenten aanwezig zijn.
7. Na afronding van de procedure moet de Scope CleanOR volgens de standaardprocedures worden afgevoerd als gevaarlijk biologisch afval.

Elk ernstig incident met betrekking tot dit hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

BRUKSANVISNING: Scope CleanOR™
Rengjøringsenhet for skop og trokar

INDIKASJONER
Scope CleanOR er indisert til bruk under endoskopiske og laparoskopiske inngrep for å holde linsen på skopet og trokarventilene rene og uten smuss.

KONTRAINDIKASJONER
Denne enheten er ikke ment til bruk til annet enn det som er indisert.

FORSIKTIGHETSREGLER
- Bekreft kompatibilitet. Undersøk endoskopet/laparoskopet og trokaren for skarpe kanter som kan
- Ukorrekt bruk av Scope CleanOR kan medføre skade på pasient og/eller skade på endoskop/ laparoskop og trokar.
- Vattpinner til trokar bør ikke innsettes i vinkel eller føres forbi den distale enden av trokaren.

ADVARSLER
- Scope CleanOR ble utformet, testet og produsert som engangsutstyr. Etter bruk bør Scope CleanOR avhendes i henhold til lokale retningslinjer for medisinsk avfall.
- Enheten er steril dersom pakningen er tørr, uåpnet og uskadet. Skal ikke brukes dersom posen er skadet eller pakningsforseglingen er brutt.
- Enheten skal ikke resteriliseres. Resterilisering kan skade enhetens integritet og medføre risiko for kontaminasjon og utilsiktet pasientinfeksjon.
- Kast Scope CleanOR dersom feil håndtering har forårsaket mulig skade eller kontaminasjon eller hvis enheten har passert utløpsdato.

BRUKSANVISNING
1. 7D6FRSH:LS25PLNURILEHUNOWRJGHWR7URFDU&OHDQ25DWWWSLQQHQHWRVDQGSQVHQ
HQKEHWHQIRUVNDGHHOHUNRQWDPLQHULQJRJNDVWGHQKWVVNDGHW+WVLNNHVNDOGHQSODVVHUHUHVWHULOLVHUWRUnGH
VWHULOWRPUnGH
Under inngrepet og når som helst når skopet er fjernet fra kroppen:
2. 5HQJMUJOLQVHQSnVNRSHWPHG6FRSH:LS25PLNURHUNOW
3. For å fjerne smuss fra trokarventilene, bruk den lille vattpinnen til trokarer mellom 5 og 8 mm og den større vattpinnen til trokarer mellom 10 og 12 mm. Merk: Trokarkanylen må være helt innsatt i bukhulen før bruk av Trocar CleanOR.
4. Velg den mest passende vattpinnen og sett den med skumenden først inn i trokarventilen.Fremfør vattpinnen inn i ventilen, men ikke så langt at skumenden stikker ut fra den distale enden på trokaren. Før vattpinnen frem og tilbake for å absorbere all væske og rense smuss fra kanylen. Ikke slipp vattpinnen. Merk: Skaftene på vattpinnene er røntgentette. Trocar CleanOR må brukes under direkte visualisering.
5. Kontroller at kanylen har fri passasje. Hvis dette ikke er tilfellet, gjenta prosessen.
6. UDVKHQGLQJDWWSLQQHQHWLOOWURNDUHUJPLNURFHUNOWHQVNDOHQKHWHQLQVLVHUHHUHQHWHQHQHQ